ABIOMED HIGIENE, S.L.

Laboratorio de Análisis

Dirección: C/ Tercera, 28 – P.I. El Montalvo III – 37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1300/LE2371**
Fecha de entrada en vigor: 27/04/2018

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 7 fecha 28/04/2023)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Recuento en placa de microorganismos a 30 °C	PNT-AL-003 *Método interno basado en UNE-EN ISO 4833-1*
	Detección de *Salmonella* spp.	PNT-AL-047 *Método interno basado en RAPID´Salmonella*
	Detección de *Listeria monocytogenes*	PNT-AL-010 *Método interno basado en ALOA® One Day*
Hisopos Placas de contacto	Recuento en placa de microorganismos a 37 °C	PNT-SP-001 PNT-SP-002 *Métodos internos basados en Bacteriological Analytical Manual (BAM) Chapter 3. Conventional Plate Count Method*
Hisopos Esponjas	Detección de Listeria monocytogenes	PNT-SP-012 Método interno basado en ALOA® One Day

Ensayos físico químicos

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales Aguas residuales (incluye lodos, lixiviados, aguas regeneradas y aguas depuradas) Suelos	pH por potenciometría *(4,0-10,0 unidades de pH) Aguas* *(4,0-9,0 unidades de pH) Suelos (extracto acuoso 1:2,5 p/v)*	PNT-AG-008 PNT-SL-002 *Métodos internos basados en* *Standard Methods 4500 H^+* *BOE-A-1976-6778 Anexo Suelos Num. 2*
	Conductividad eléctrica *(10-12880 µS/cm) Aguas de consumo y continentales a 20 °C* *(147-50000 µS/cm) Aguas residuales a 20 °C* *(0,02-1,50 mS/cm) Suelos (extracto acuoso 1:5 p/v) a 25 °C*	PNT-AG-009 PNT-SL-004 *Métodos internos basados en* *Standard Methods 2510 B* *BOE-A-1976-6778 Anexo Suelos Num. 7*
Suelos	Materia orgánica y carbono orgánico oxidable (método Walkley-Black) por volumetría	PNT-SL-005 *Método interno basado en* *BOE-A-1976-6778 Anexo Suelos Num. 25*

Análisis mediante métodos basados en técnicas ópticas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales	Turbidez mediante nefelometría *(≥ 0,30 NTU)*	PNT-AG-010 *Método interno basado en Standard Methods 2130 B*

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

Código Validación Electrónica: 01vT5B79R894JN560f
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**